Н. П. Гончаров, Г. В. Каця, В. Ю. Бутнев, Л. Б. Хагундокова

МОДИФИКАЦИЯ РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЬДОСТЕРОНА

Лаборатория биохимической эндокринологии и гормонального анализа (зав. — проф. Н. П. Гончаров), Эндокринологический научный центр (дир. — акад. РАМН И. И. Дедов), Москва; Приматологический центр, Сухуми

Как известно, одним из основных регуляторов водно-солевого обмена является альдостерон, синтезируемый клубочковой зоной коры надпочечников. Определение содержания этого гормона приобретает важное значение в клинике внутренних болезней, в эндокринологической практике, особенно при проведении дифференциальной диагностики артериальных гипертензий, заболевании почек и различных форм гиперальдостеронизма.

Кроме того, необходимость определения альдостерона возникает и в эксперименте при разработке и тестировании ряда фармакологических препаратов, изучении различных аспектов водно-солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия организма.

Однако у нас в стране до настоящего времени отсутствовали надежные методы определения альдостерона, а закупка высокочувствительных радиоиммунологических наборов за рубежом для определения альдостерона требует значительных валютных ассигнований.

В настоящей работе описан простой высокоспецифичный метод определения альдостерона, доступность которого открывает широкие возможности как в клинических, так и экспериментальных исследованиях.

Материалы и методы

Использовали альдостерон (фирма "Sigma", США), меченный ^3H -альдостерон (2840 ТБк/моль, Государственный институт прикладной химии МХП РФ), антисыворотку к альдостерону (Институт экспериментальной патологии и терапии), сцинтилляционную смесь (0,5 г 1,4-(ди-5-фенилоксозолилбензола) + 5 г 2,5-дифенилоксозола в 1 л толуола), фосфатную буферную систему (0,1 М, рН 7,4), содержащую 0,1% желатина, 0,1% азида натрия и 0,4% хлорида натрия.

^3H -альдостерон с целью освобождения от продуктов радиолиза перед использованием для радиоиммунологического анализа подвергали хроматографической очистке на колонке с сефадексом LH-20 в системе растворителей толуол — метанол 85:15. Скорость счета рабочего раствора ^3H -альдостерона составляла 4000–5000 имп/мин/0,1 мл.

Синтез альдостерона-3-(О-карбоксиметил)оксида, а также его конъюгацию с бычьим сывороточным альбумином осуществляли описанным методом [2] в отделе химии стероидных соединений Центрального института микробиологии и экспериментальной терапии АН Германии (Йена). Конъюгат альдостерона с БСА по данным спектрофотометрического анализа содержал 32 молекулы стероида на 1 молекулу белка.

В НИИ экспериментальной патологии и терапии (Сухуми) для получения антисыворотки кроликов породы шиншилла массой 2,5–3,0 кг иммунизировали конъюгатом альдостерона с БСА. На каждое животное брали по 2 мг антигена на 1 иммунизацию. Взвесь антигена в полном адъюванте Фрейнда вводили в область лимфоузлов передних и задних конечностей. Иммунизировали трехкратно с интервалом 1 мес. Через 2 нед после последней иммунизации брали кровь из ушной вены с последующим получением антисыворотки.

Специфичность антисывороток определяли по методу G. Abraham [1] с 32 родственными стероидами: сродство антител к соответствующим стероидам (константа ассоциации) — по графику Скотчарда.

Для оценки воспроизводимости результатов радиоиммунологического анализа был изготовлен пул плазмы крови, чтобы в каждом эксперименте, наряду с исследованием среднего биологического материала, в пуле плазмы проводить определение содержания соответствующего стероида и сравнивать с таковым, полученным ранее. Коэффициент вариации значений концентрации альдостерона в пуле плазмы в различных сериях определений не превышал 15%, а в пределах одного эксперимента в параллельных пробах пула плазмы был ниже 12%.

Для экстракции альдостерона 50–200 мкл исследуемой плазмы интенсивно встряхивали с 2 мл свежеперегнанного метилхлорида на вихревом смесителе в течение 2 мин. Эффективность экстракции стероида из плазмы крови в указанных условиях составляла 85–87%.

Для контроля величин неспецифического фона (бланка), характеризующего качество воды, реактивов, чистоту лабораторной посуды, проводили экстракцию фосфатной буферной системой метилхлоридом в том же соотношении, как и при экстракции исследуемой плазмы.

Отсутствие достоверных различий в величинах активности проб максимального связывания (B_0) и проб "бланка" исключало влияние факторов неспецифического фона на результаты радиоиммунологических определений.

Метилхлоридный экстракт отделяли от экстрагированной плазмы замораживанием водной фазы при температуре от -30 до -40°C с последующим деkantированием. Метилхлорид упаривали в токе азота при 30°C и к сухому остатку добавляли по 300 мкл фосфатной буферной системы.

Диапазон концентрации альдостерона в калибровочной кривой составлял от 12,5 до 400 пг/0,1 мл.

Растворы калибровочных проб, ^3H -альдостерона и антисыворотки готовили в фосфатной буферной системе. Затем раствор антисыворотки и ^3H -альдостерона предварительно смешивали в равных объемах и добавляли во все пробы в виде смеси по 200 мкл.

Далее содержимое пробирок интенсивно встряхивали на вихревом смесителе, инкубировали на водяной бане 30 мин при 37°C , после чего переносили в ледяную баню с температурой воды $2-4^\circ\text{C}$ на 2 ч.

Для разделения свободной и связанной с антисывороткой фракций стероидов в каждую пробу добавляли 0,5 мл 1% суспензии активированного угля в фосфатной буферной системе. После инкубации в течение 10 мин на ледяной бане и центрифугирования при 2000 г в течение 10 мин надосадочную жидкость сливали во флаконы для счета радиоактивности, содержащие 10 мл сцинтилляционной смеси. Содержимое флаконов инкубировали на водяной бане при 60°C в течение 5 мин, встряхивали 5 с, охлаждали и через 1,5 ч измеряли уровень радиоактивности.

Расчет содержания альдостеронов в пробах исследуемой плазмы проводили по графику зависимости относительного процента связывания проб калибровочной кривой от концентрации калибровочных проб в системе $\log_{10}$ — $\log$ координат.

Результаты и их обсуждение

В результате иммунизации животных была получена антисыворотка с конечным титром 1:15000. Константа ассоциации, характеризующая сродство антител к альдостерону, составила $3,8 \times 10^9$ л/моль.

Величины перекрестных реакций антисыворотки к альдостерону приведены в табл. 1. Как видно, максимальные значения (0,7%) перекрестных реакций антисыворотки к альдостерону были зарегистрированы для дезоксикортикостерона и прогестерона. Однако учитывая невысокие концентрации указанных стероидов в крови

Таблица 1

Специфичность антисыворотки к альдостерону

Соединение	Величина перекрестной реакции, %
Альдостерон	100
Дезоксикортикостерон	0,07
Прогестерон	0,07
Кортикостерон	0,02
11-Дезоксикортизол	< 0,001
Кортизол	< 0,001
Прегненолон	< 0,001
17-Оксипрогестерон	< 0,001
Остальные соединения	< 0,0001

Рис. 1

Рис. 1. Калибровочная кривая радиоиммунологического определения альдостерона (а) и кривая теста на параллелизм (б), построенные в системе logit-log координат.

$$y = 23,24x - 0,16, r = -0,931.$$

По оси ординат — отношение радиоактивной фракции, полученной в присутствии гормона (В), к активности фракции, связанной в отсутствие конкурента (В₀); по оси абсцисс — возрастающие концентрации стандарта (пг) или плазмы крови (мкл).

Рис. 2

Рис. 2. Зависимость определяемого количества альдостерона от количества гормона, добавленного в бесстероидную плазму. $y = 13,04x + 36, r = 0,998$.

По оси ординат — количество открытого альдостерона (в пг); по оси абсцисс — количество добавленного альдостерона (в пг).

лельных проб каждой дозы калибровочной кривой колебался от 2,5 до 8,0%.

Линейность кривой теста на параллелизм, проведенного с использованием плазмы крови обезьян и путем сравнения с калибровочной кривой, демонстрирует независимость конечного результата концентрации альдостерона в тестируемой плазме от объема биологического материала, взятого на исследование.

При оценке открываемости для установления точности метода получена кривая зависимости определяемого количества альдостерона от добавленного в пробу (рис. 2). Эффективность открытия для всех добавленных доз составляла $100,5 \pm 4,6\%$.

В табл. 2 приведена сравнительная характеристика описанного в настоящей статье метода и набора фирмы "Sorin" (Франция). По всем основным параметрам предложенный набор не уступает зарубежному аналогу, обеспечивая воспроизводимые значения концентрации альдостерона в крови человека и обезьян.

Изложенные результаты показали, что разработанный метод радиоиммунологического определения альдостерона обладает высокой чувствительностью и специфичностью, прост в выполнении, что обеспечивает широкие возможности его применения в эндокринологической клинике и при проведении экспериментов на приматах.

В последние 3 года метод используется в Эндокринологическом научном центре РАМН как в диагностической практике, так и для выполнения научно-исследовательских проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Abraham G. E. // Acta endocr. (Kbh.). — 1974. — Vol. 75. — Suppl. 183. — P. 7-42.
2. Erlanger B. F., Borek F., Beiser S. M., Lieberman S. // J. biol. Chem. — 19. — Vol. 228. — P. 713-727.

Поступили 14.06.94

N. P. Goncharov, G. V. Katsiya, V. Yu. Burnev, and L. B. Khagundokova — A MODIFIED RADIOIMMUNOASSAY OF ALDOSTERONE

Summary. A method of radioimmunoassay of aldosterone in the blood of humans and monkeys has been developed. Antiserum was prepared on rabbits against aldosterone-3-(0-carboxymethyl)oxime conjugate with bovine serum albumin. The specificity of antiserum was tested in cross-reactions with 32 related steroids. High specificity of the antiserum in this method helped measure aldosterone levels without preliminary chromatographic isolation and purification of this compound. The sensitivity of the new method is 12.5 pg per 0.1 ml. Reproducibility of the method between different series of measurements was no more than 15% within the same series below 12%. The method was used to assess the mineralocorticoid function of the adrenal cortex of man and monkeys.

Таблица 2

Сравнительная характеристика метода, разработанного в НИИЭПНГ, и коммерческого набора фирмы "Sorin" (Франция)

Используемый метод	Тотальный счет Т, имп/мин	Неспецифическое связывание (В ₀), %	Максимальное связывание (В ₀), %	Оценка открываемости добавленного альдостерона, пг		Концентрация альдостерона у человека и обезьян, пг/мл		
				добавлено		плазма (по 250 мкл)		
				25 пг	100 пг	женщин	мужчин	обезьян
"Sorin", Франция	3727	2,6	39	Открыто				
				25,3 (5)	110 (5)	179 (7)	85 (7)	731 (6)
НИИЭПНГ	4276	0,9	37	Открыто				
				26,0 (5)	88,1 (5)	176 (8)	96 (6)	891 (6)

Примечание. В скобках — число определений.